

## DESTEK BAĞLANTI APARATI



| KOD       | ÖLÇÜ          |
|-----------|---------------|
| AS-500252 | Ø8 mm & Ø6 mm |
| AS-500253 | Ø8 mm & Ø4 mm |

## ASIMETO KALİBRASYON LABORATUARI

Tüm ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin kalite ve kalibrasyon doğruluğu ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında hassas incelemelerle yapılmaktadır.

İncelemeler sırasında tüm hassas ölçü aletlerinin ASIMETO tarafından oluşturulan dizayn ve Dünya çapında standartlarla belirlenen toleranslara uygunluğu %100 olarak kontrol edilir.





Yalnızca Dünya'nın önde gelen firmaları tarafından üretilen son teknoloji kalibrasyon ekipmanları kullanılarak ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin ölçüm hassasiyeti garanti altına alınır.

ASIMETO Kalibrasyon Laboratuvarındaki kalibrasyon ekipmanları hedef marketin ihtiyacına göre DIN, ASME, JJG gibi Uluslararası normların tamamına uyum gösterecek yazılımlarla donatılmıştır.

Tüm bu sayılanlara ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında çalışanların uzmanlık, özveri ve çalışkanlıkları da eklendiğinde ihtiyacınızı karşılayacak hassasiyetteki ölçü aletine ödediğiniz her kuruşun karşılığını tamı tamına alacak şekilde sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

# ASIMETO

## Calibration Lab



2 Ürün Açıklaması

Kalibrasyon Sertifikası

ASIMETO  
Calibration Lab

Certificate No G30001  
Part Number 307-06-0  
Serial Number GS102042  
Standard Name ASME B89.1.14  
Tool 0-150mm/0-6"  
Range 0.01mm/0.0005"  
Resolution Digital Calipers

Function Inspection Passed Visual Inspection Passed

Outside Measurements

| Reading | Nominal Value | Tolerance +/- | Deviation | Disposition* |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 1       | 0.0000        | ±0.001"       | 0.0000    |              |
| 2       | 1.0000"       | ±0.001"       | -0.0010   |              |
| 3       | 3.0000"       | ±0.001"       | -0.0010   |              |
| 4       | 4.5000"       | ±0.001"       | -0.0015   |              |
| 5       | 6.0000"       | ±0.001"       | -0.0015   |              |

Inside Measurements

| Reading | Nominal Value | Tolerance +/- | Deviation | Disposition* |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 6       | 0.2000"       | ±0.001"       | 0.0010    |              |
| 7       | 1.0000"       | ±0.001"       | 0.0010    |              |

Depth Measurements

| Reading | Nominal Value | Tolerance +/- | Deviation | Disposition* |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 8       | 0.0000        | ±0.001"       | 0.0000    |              |

Master information

|                 |        |             |          |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| Depth set       | 258254 | NIST-192837 | Due Date |
| Gauge Block Set | 258254 | NIST-95837  | 2013-8-1 |
| Setting Rings   | 258254 | NIST-455837 | 2013-8-1 |

Uncertainty 6 µm +10<sup>-6</sup>×L Temperature 20 °C +/-0.5°C Humidity 50 % +/-15%

Attach invoice for proof of purchase date

\* Check mark indicates within tolerance

Calibration

Approved By

Asimeto (Guangzhou) Inc. Calibration Lab  
402 Building B, Yushu Industrial Zone, Lufeng District, Guangzhou China;  
Tel: 020-82019119 Fax: 020-822261

4 Takip No.


1 Ölçüm Noktası  
& Sonuç

3 Eğilim




## Bilgi Çıkışlı Ölçü Aletleri

ABS Dijital Kumpas



Derinlik Kumpası



Dijital Mikrometre



Dijital Komparatör Saati



Sanal klavye verileri  
toplar ve doğrudan  
standart Microsoft  
yazılımlarına iletir.  
(Excel, Access)



Ölçüm Raporu

|   | A       | B     | C     | D     | E |
|---|---------|-------|-------|-------|---|
| 1 |         |       |       |       |   |
| 2 |         | A1    | A2    | A3    |   |
| 3 | 1       | 10.02 | 15.53 | 20.44 |   |
| 4 | 2       | 10.04 | 15.53 | 20.46 |   |
| 5 | 3       | 10.01 | 15.52 | 20.44 |   |
| 6 | 4       | 10.01 | 15.53 | 20.45 |   |
| 7 | 5       | 10.02 | 15.54 | 20.46 |   |
| 8 |         |       |       |       |   |
| 9 | Average | 10.02 | 15.53 | 20.45 |   |

## BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI 900 SERİSİ

|                                                                                   | UYGUN OLDUĞU ÜRÜN                                                  | GİRİŞ TİPİ | FORMAT            | UYGUN OLDUĞU ÜRÜN                                                 | KOD NO.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|  | ABS Dijital Kumpas<br>Dijital Mikrometre<br>Ağır İş Dijital Kumpas | USB        | Dot Data Format   | 307-XX-2 ; 307-XX-3<br>105-XX-4 ; 105-XX-5<br>315-XX-6 ; 315-XX-8 | 900-05-4 |
|                                                                                   |                                                                    |            | Comma Data Format |                                                                   | 900-05-5 |
|  | IP65 Dijital<br>Komparatör Saati                                   | USB        | Dot Data Format   | 407-XX-2 ; 407-XX-3<br>407-XX-4 ; 407-XX-5                        | 900-07-0 |
|                                                                                   |                                                                    |            | Comma Data Format |                                                                   | 900-07-1 |
|  | Dijital Komparatör Saati                                           | USB        | Dot Data Format   | 405-95-X ; 405-01-X<br>405-02-X ; 405-04-X                        | 900-20-0 |
|  | Dijital Mikrometre                                                 | USB        | Dot Data Format   | Özel Dijital Mikrometre                                           | 900-10-0 |
|                                                                                   | Dijital Mikrometre                                                 | USB        | Dot Data Format   | Özel Dijital Mikrometre                                           | 900-10-2 |
|  | Wireless Tip İçin Ayak Kontrol Butonu                              |            |                   |                                                                   | 900-90-1 |

## KABLOSUZ BİLGİ ÇIKIŞ TİPLERİ 901 SERİSİ

|                                                                                     | KULLANILDIĞI ÜRÜN TİPİ                                                                              | FONKSİYON                                | FREKANS | KOD NO.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|
|  | IP65 Dijital Komparatör Saati                                                                       | Transmitter                              | 2.4G    | 901-00-2 |
|  | IP65 Dijital Komparatör Saati<br>ABS Dijital Kumpas<br>Dijital Mikrometre<br>Ağır İş Dijital Kumpas | Receiver                                 | 2.4G    | 901-00-3 |
|  | ABS Dijital Kumpas<br>Dijital Mikrometre<br>Ağır İş Dijital Kumpas                                  | Transmitter                              | 2.4G    | 901-00-4 |
|  | ABS Dijital Kumpas<br>Dijital Mikrometre<br>Ağır İş Dijital Kumpas                                  | Transmitter with<br>Footswitch Interface | 2.4G    | 901-00-6 |
|  | IP65 Dijital Komparatör Saati                                                                       | Transmitter with<br>Footswitch Interface | 2.4G    | 901-00-7 |

